



ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA  
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 028/2018

O presente Termo de Referência tem por objetivo:

**1 – OBJETO:**

**1.1. aquisição de materiais permanentes: (mobiliários, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, processamento de dados e outros), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal.**

**2 – JUSTIFICATIVA:**

2.1. A aquisição dos equipamentos e material permanente do presente edital visa atender as propostas de aquisição de materiais permanentes as demandas existentes, sendo que os equipamentos solicitados oportunizarão uma reestruturação e melhoria dos trabalhos realizados nas Unidades de Saúde do Município e garantindo conforto e segurança à população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS, durante a assistência a saúde prestada, assim como as unidades escolares do município, proporcionando aos seus usuários uma educação de qualidade com boa estrutura.

**3 – FATURAMENTO E PAGAMENTO**

3.1 - Os preços do item para fornecimento dos PRODUTOS/SERVIÇOS: (mobiliários, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, processamento de dados e outros) serão os estipulados na adjudicação da Proposta da licitante vencedora, sendo que, o valor de cada compra será o valor da verba disponível.

3.2 - O preço do item contratado será pago à adjudicatária nas condições estipuladas na minuta do contrato administrativo (Anexo VIII), em até 30 (trinta) dias corridos, após a entrega e aceitação do objeto deste Edital, se nenhuma irregularidade for constatada; acompanhados da Nota Fiscal/Fatura e Recibo, com as respectivas notas de entrega e relatório do fornecimento dos itens solicitados.

3.3 - O Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará terá o direito de descontar de faturas e/ou quaisquer débitos do licitante vencedor, em consequência de penalidades aplicadas.

**4 – DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:**

4.1 - A entrega e/ou instalação dos equipamentos deverá ocorrer no horário de 08 às 17 horas, de segunda a sexta feira, exceto feriados, nas Unidades Básicas de Saúde e unidades escolares, definidas pela Prefeitura Municipal, conforme cronograma de entrega definido, no prazo de 20 (vinte) dias corridos, e será acompanhada por Fiscal designado especialmente para tal fim, o qual será responsável pelo atesto do ato;

4.2 - Os Equipamentos e/ou as instalações dos mesmos, serão objeto de inspeção, que será realizada por técnico designado pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará – Pará;

4.3 - Após comprovado a entrega, pelo atesto do fiscal designado, receberá e atestará as respectivas Notas Fiscais, encaminhando-as em ato contínuo ao setor financeiro da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará – Pará, para pagamento.

4.4 - Caso os Equipamentos e as instalações, não satisfaçam às especificações exigidas, não serão aceitos, devendo ser retirados pela CONTRATADA, por sua conta e risco, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação encaminhada pelo CONTRATANTE.

4.5 - A entrega deverá ser em até 20 (vinte) dias corridos, a partir da emissão da nota de empenho e/ou documento equivalente, a cada nova solicitação/contratação do setor requisitante.



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



4.6 - Os equipamentos médico-hospitalares deverão ser devidamente instalados sob a responsabilidade técnica da empresa vencedora, nas unidades de saúde definidas pela Prefeitura Municipal, considerando os locais visitados pela empresa.

### 5 - ITENS:

5.1 - Os itens cujos os valores totais não ultrapassem o valor de R\$ 80.000,00, serão destinados exclusivamente as MPE's, conforme descrito no artigo 48, Inciso I, da Lei Complementar 123/2006. E os itens de natureza divisível que ultrapasse o valor acima, terão cota exclusiva de 25% exclusivas para MPE's, conforme descrito no Art. 48, Inciso III, da Lei Complementar 123/2006.

ITEM	Tipo de Benefício	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	UNIT. R\$	TOTAL R\$
01	Tipo I - até R\$ 80.000 p/ MPE	MESA DE ESCRITORIO <i>Especificação: Mesa para computador - em madeira MDF com revestimento laminado fenólico melamínico BP15mm, de alta pressão, com teclado rebaixado deslizante, 2 gavetas, compartimento para CPU, tampo 25mm e pés duplos. Estrutura de aço de seção retangular com tratamento antiferruginoso de no mínimo 50 x 30mm. Medidas: 1,40 m x 0,70 m x 0,74 m. Cores a definir.</i>	20,000	UNIDADE		
02	Tipo I - até R\$ 80.000 p/ MPE	ESTANTE <i>Especificação: Estante em aço, c/ reforço 6 prateleiras medindo 198 cm de alt. x 92,0 cm de larg. x 30 cm de prof., na cor cinza, com 6 prateleiras reguláveis com reforço ômega para suportar uma sobrecarga uniformemente distribuída de até 20 kg por prateleiras.</i>	5,000	UNIDADE		
03	Tipo I - até R\$ 80.000 p/ MPE	ARMARIO VITRINE <i>Especificação: Estrutura metálica em cantoneiras de chapas de aço de 2 mm, fechados com chapas de aço esmaltado no fundo/base/teto, pés em tubos quadrados com ponteiras em PVC, vidro incolor 3mm nas 4 prateleiras, laterais e nas portas, 02 portas e fechadura cilíndrica. Medidas: 1.65x0.65x0.40m.</i>	5,000	UNIDADE		
04	Tipo I - até R\$ 80.000 p/ MPE	CADEIRA <i>Especificação: Cadeira Fixa 4 pés assento e encosto em material reciclado de alta resistência Base preta, medidas aproximadas: Assento - Medindo 40x46x47, Encosto - Medindo 40x28, Base - Tubo obilongo chapa 14 e pintura eletrostática de alta resistência, confeccionado em polipropileno.</i>	40,000	UNIDADE		
05	Tipo I - até R\$ 80.000 p/ MPE	LONGARINA <i>Especificação: Cadeira Longarina Plástica 3 lugares - Assento e encosto injetados em material polipropileno reciclado de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, Estrutura longarina de tubo 30x50mm desmontável com plataformas modelo diretor soldadas pelo processo MIG-MAG; Acabamento com ponteiras 30x50mm de termoplástico injetado de alta resistência; Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180° C; na Cor AZUL ou PRETA.</i>	5,000	UNIDADE		
06	Tipo I - até R\$ 80.000 p/ MPE	ARMARIO <i>Especificação: Dimensões / Prateleiras; Altura de 180 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/04, Material de Confeção: Aço, Capacidade mínima da prateleira; 40 kg.</i>	10,000	UNIDADE		
07	Tipo I - até R\$ 80.000 p/ MPE	ARQUIVO <i>Especificação: Material de confecção/Gavetas; Aço/De 4 Gavetas. Deslizamento da gaveta; Trilho telescópico, pintura epóxi na cor cinza, dimensões aproximada 1, 30x0, 50x0, 60m (AxLxP).</i>	10,000	UNIDADE		
08	Tipo I - até R\$ 80.000 p/ MPE	MESA PARA IMPRESSRA <i>Especificação: Estrutura; Aço/ Ferro pintado Dimensões mínimas, mínimo de 50 x 40 x 70 cm, Tampo: Madeir/ Mdp/ Mdf/ Similar, com revestimento laminado fenólico melamínico BP15MM, de alta pressão. Bordas encabeçadas, com tampo. C/ no mínimo 02 gavetas. Estrutura de aço de seção retangular de no mínimo 50x30 mm, com tratamento antiferruginoso. cores a definir.</i>	5,000	UNIDADE		
09	Tipo I - até R\$ 80.000 p/ MPE	GELADEIRA / REFRIGERADOR	5,000	UNIDADE		



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



		<i>Especificação : refrigerador novo, 220 W (cor branco), capacidade mínima de 280 litros, com as seguintes características: Puxador externo super-resistente. Termostato externo: que permite o ajuste da temperatura sem abrir a porta. Prateleiras do refrigerador removíveis, reguláveis e inclináveis: que permitem o ajuste de acordo com a sua necessidade. Pés niveladores: fácil nivelamento e movimentação do produto. Porta em aço galvanizado, garantia de no mínimo de 1 ano contra corrosão altura mínima de 1.450 mm, largura mínima de 540 mm, profundidade mínima de 650 mm, capacidade mínima do congelador de 35 litros, bandeja multi - uso, prateleira bandeja, prateleira rasa. Garantia Mínima de um ano.</i>			
10	Cota de 75% - Mercado Geral	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)	53,000	UNIDADE	
10	Tipo III - cota exclusiva de 25% p/ MPE.	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)	17,000	UNIDADE	
		<i>Especificação : Que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo intel core i3 ou amd a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; a placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou superior; suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo hdmi, display port ou dvi; unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; teclado usb, ahnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2-botões, scroll (com fio); monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n; sistema operacional windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</i>			
11	Tipo I - até R\$ 80.000 p/ MPE	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR)	60,000	UNIDADE	
		<i>Especificação : que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audível e visual, Bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou Recondicionamento; garantia de 12 meses.</i>			
12	Tipo I - até R\$ 80.000 p/ MPE	IMPRESSORA LASER (COMUM)	5,000	UNIDADE	
		<i>Especificação : Que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromática; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 páginas por minuto ppm; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e-ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface usb; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e wifi-802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.</i>			
13	Cota de 75% - Mercado Geral	AR CONDICIONADO SPLIT	30,000	UNIDADE	
13	Tipo III - cota exclusiva de 25% p/ MPE.	AR CONDICIONADO SPLIT	10,000	UNIDADE	
		<i>Especificação: Tipo: Split High Wall; Capacidade de refrigeração: 12.000 BTU/h; Tecnologia: inverter; Controle remoto: 1 aparelho; Compressor: rotativo; Funções: Sleep, Swing e Timer; Fases: Monofásico; Tensão: 220V; Frequência: 60Hz; Gás refrigerante: R410a; Certificados: Selo Procel de eficiência energética; Nível máximo de ruído (unidade interna): 25dB. Tipo de ciclo: Quente/Frio. Comprimento máximo estimado da rede frigorígena: 10 metros; Comprimento máximo estimado até o quadro elétrico: 40 metros. Garantia mínima de um ano.</i>			



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



14	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	VENTILADOR <i>Especificação: DE PAREDE COM 3 OU 4 PÁS.</i>	15,000	UNIDADE		
15	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO <i>Especificação: De pressão, pia em aço inoxidável. Reservatório de água em aço inoxidável, com serpentina externa em cobre e isolamento em EPS. Gabinete em chapa de aço pintada ou aço inoxidável. Torneiras de latão cromadas para copo e jato. Filtro de água em termoplástico, sistema interno de filtração do tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado. Garantia mínima de um ano.</i>	5,000	UNIDADE		
16	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	TELEVISOR <i>Especificação: Tipo; Led, Tamanho da tela; De 39, Porta; USB; Full HD; Não, Entrada; HDMI, Conversor digital. Garantia mínima de 12 meses.</i>	5,000	UNIDADE		
17	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	OTOSCÓPIO SIMPLES <i>Especificação: Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência, lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x, contendo 5 espelhos permanentes de plástico autoclaváveis e diâmetros aproximados de: 2,5mm – 3,0mm – 3,5mm- 4,0mm – 8,0mm. Deve possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente.</i>	6,000	UNIDADE		
18	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	DETECTOR FETAL <i>Especificação: PORTÁTIL, DIGITAL.</i>	5,000	UNIDADE		
19	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL <i>Especificação: Iluminação LED; Haste flexível, cromada e refletor pintado, Altura regulável: mínima de 1,10m e máxima de 1,60m; Estrutura tubular em aço; Pés com rodízios.</i>	10,000	UNIDADE		
20	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	MESA GINECOLÓGICA. <i>Especificação: MESA, Tipo/Modelo: GINECOLÓGICA, Estrutura [material]: Gabinete em madeira MDF com 2 portas, 4 gavetas e 1 prateleira interna, toda revestida com laminado fórmico branco, Medidas aproximadas [m]: 0,60 x 1,90 x 0,80 [+/- 5cm], Leito [Material]: Espuma de poliuretano anti-mofo, Leito [Revestimento]: Em material impermeável [lavável] que não permita a entrada de líquidos ou sujidades no seu interior na cor preta ou azul marinho, Densidade: 33, Complemento: Cabeceira e Pés móveis reguláveis através de cremalheiras com ferragens reforçadas em aço inox, Perneiras articuláveis e removíveis com haste e fixadores em aço inox, acolchoadas e revestidas com o mesmo material do leito, Com gaveta em aço inox para coleta de líquidos.</i>	15,000	UNIDADE		
21	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	ESTETOSCOPIO ADULTO <i>Especificação: ESTETOSCÓPIO, Modelo: Duo Som, Tamanho: Adulto, Olivas: Anatômicas, em plástico resistente com acabamento sem rebarbas, Conjunto Biauricular: Em aço inox, resistente e flexível na curvatura, Tubo "Y": Em peça única de PVC, Auscultador: Duplo, em aço inox, com diafragma resistente e de alta sensibilidade para ausculta cardíaco-pulmonar, Complemento: Permitindo um mínimo de escuta de sons ambientais e um máximo de sons fisiológicos.</i>	5,000	UNIDADE		
22	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	MESA DE EXAMES. <i>Especificação: MESA, Aplicação: PARA EXAME CLINICO, Cabeceira [Tipo]: Móvel regulável através de cremalheira com ferragens reforçadas em aço inox, Estrutura [material]: Gabinete em madeira MDF com 2 portas, 3 gavetas e 1 prateleira interna, toda revestida com laminado fórmico branco, Medidas aproximadas [m]: 0,60 x 1,90 x 0,80 [+/- 5cm], Leito [Material]: Espuma de poliuretano anti-mofo, Leito [Revestimento]: Em material impermeável [lavável] que não permita a entrada de líquidos ou sujidades no seu interior, Densidade: 33, Complemento: Com suporte para rolo de papel em aço inox.</i>	5,000	UNIDADE		
23	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	CADEIRA DE RODAS ADULTO <i>Especificação: Cadeira de Rodas Aço com pintura epóxi; dobrável em X; Apoio para braços removível; Apoio para pés removível; possuir elevação para as pernas, indicada para usuários até 100 kg; Assento e encosto em nylon ou couvin; Pneu traseiro inflável; Rodas nylon 24.</i>	5,000	UNIDADE		
24	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO.	5,000	UNIDADE		



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		<i>Especificação: Cadeira de Rodas Aço com pintura epóxi; Dobrável em X; Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo; Assento e encosto em nylon ou courvin; Pneu traseiro inflável; Rodas nylon 24. Pés; Fixo, Suporte para soro; Capacidade: 130 Kg, Escamoteável.</i>				
25	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA.	10,000	UNIDADE		
		<i>Especificação: Confecção em aço / ferro pintado; Braços removíveis; Pés removíveis; Possuir elevação para as pernas; Possuir suporte para soro; Assento estofado revestido de corvin colorido lavável; Encosto compatível com o assento; Ter travas para as rodas; Aro propulsor bilateral.</i>				
26	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	SUPORTE DE SORO.	5,000	UNIDADE		
		<i>Especificação: Suporte de Soro, material de confecção: aço inoxidável, tipo: pedestal altura regulável, com 4 rodízios, garantia mínima 12 meses.</i>				
27	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO.	5,000	UNIDADE		
		<i>Especificação: Balança adulto plataforma digital Capacidade 180 kg, divisões de 50 g; Régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00 m; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Plataforma: 340 x 390 mm; Estrutura em chapa de aço carbono; Padrão na cor branca; Tapete em borracha anti-derrapante; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Garantia mínima de 12 meses.</i>				
28	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	OF TALMOSCOPIO.	5,000	UNIDADE		
		<i>Especificação: Composição mínima de 3 aberturas até 19 lentes.</i>				
29	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL.	10,000	UNIDADE		
		<i>Especificação: Esfigmomanômetro, tipo infantil, material de confecção algodão, tipo de feixe metal, acompanha braçadeira infantil isenta de látex, verificado e Aprovado pelo INMETRO, pode ser montado em Mesa ou Parede, Compartimento para armazenamento seguro do sistema de inflação, Escala ampla e de fácil leitura, Livre de mercúrio, garantia mínima 12 meses.</i>				
30	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL.	6,000	UNIDADE		
		<i>Especificação: Balança Antropométrica Tipo/Modelo: Pediátrica Eletrônica, Divisão em Fração [G]: 5, Complemento: Visor digital de fácil visualização e interpretação, com alta precisão, Capacidade [Kg]: até 15, com Kit antropométrico e régua de alumínio anodizado com graduação de 0,5cm Tensão de Alimentação [V/V]: 110/220. Garantia mínima de 12 meses.</i>				
31	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO.	5,000	UNIDADE		
		<i>Especificação: Esfigmomanômetro, tipo adulto, material de confecção algodão, tipo de feixe metal, acompanha braçadeira adulto isenta de látex, verificado e Aprovado pelo INMETRO, pode ser montado em Mesa ou Parede, Compartimento para armazenamento seguro do sistema de inflação, Escala ampla e de fácil leitura, Livre de mercúrio, garantia mínima 12 meses.</i>				
32	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	ESTADIÔMETRO	10,000	UNIDADE		
		<i>Especificação: Fixo de Parede 2,20m, compacto, com fita de medição mecânica; Características: Faixa de medição: de 0 até 2,20 m, Resolução: em milímetros, Graduação: 1 mm Tolerância: + / - 5mm em 2,20m. Matéria Prima: Aço inoxidável.</i>				
33	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	ESTETOSCÓPIO INFANTIL.	5,000	UNIDADE		
		<i>Especificação: Modelo: Duo Som, Tamanho: Infantil, Olivas: Anatômicas, em plástico resistente com acabamento sem rebarbas, Conjunto Biauricular: Em aço inox, resistente e flexível na curvatura, Tubo "Y": Em peça única de PVC, Auscultador: Duplo, em aço inox, com diafragma resistente e de alta sensibilidade para ausculta cardíaco-pulmonar, Complemento: Permitindo um mínimo de escuta de sons ambientais e um máximo de sons fisiológicos.</i>				
34	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	BIOMBO	5,000	UNIDADE		
		<i>Especificação: BIOMBO, Tipo: Hospitalar, Modelo: Triplo, com faces giratórias a 360°, Material: Aço inoxidável; Estrutura: Tubular, Rodizio [tamanho]: Entre 1,5" e 2", Rodizio [quantidade]: 6. Altura [Cm]: Entre 175 e 185, Comprimento [Cm]: Entre 185 e 195, Complemento: Acompanhado de cortinados confeccionados em lona lavável.</i>				
35	Tipo I – até R\$	NEGATOSCÓPIO.	5,000	UNIDADE		



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	80.000 p/ MPE				
		Especificação: Negatoscópio de 02. corpos, constituído em aço inoxidável ou chapa de aço com pintura eletrostática em epoxi, com suporte para fixação em parede.			
36	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	MESA DE MAYO	5.000	UNIDADE	
		Especificação: Estrutura em tubo redondo de inox de 1"x 1,25 com anel de fixação Suporte para bandeja em aço inox. Bandeja em inox medida mínima: 0,48x0,32cm. Pés com rodízios. Altura máxima 1.20 m. Dimensões aproximadas: 0,68x0,47x,805cm. Garantia mínima 12 meses.			
37	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	MOCHO	5.000	UNIDADE	
		Especificação: POSSUIR ENCOSTO, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, EM AÇO CARBONO.			
38	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO.	5.000	UNIDADE	
		Especificação: Amalgamador Odontológico especificação mínimas: Equipamento tipo vibrador universal para amálgama pré-dosificada em cápsula. Corpo injetado em poliestireno obedecendo as normas de segurança elétrica. Dotado de microprocessador, que assegura a precisão e repetição do tempo selecionado. Painel de comando digital disposto ergonomicamente, facilitando o manuseio e melhor visão do display, com tempo variando de 0 a 30 segundos. A amplitude de seu movimento em forma de oito e a frequência garantem uma homogeneização e consistência ideal do amálgama. Com amplitude de 25 mm e frequência de 4000 oscilações por minuto Mancais de transmissão com rolamentos, blindados. Sistema de amortecimento da transmissão, que elimina a transferência das vibrações para o equipamento. Garantia mínima 12 meses.			
39	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	MESA AUXILIAR	5.000	UNIDADE	
		Especificação: MESA, Tipo/Modelo: AUXILIAR, Estrutura [material]: Tubos de Aço Inoxidável, Medidas [m]: 0,60 x 0,40 x 0,80, Formato: Retangular, Tampo [Material]: Chapa de Aço Inoxidável, Prateleira [Material]: Chapa de Aço Inoxidável, Bordas Laterais [Tipo]: VIRADAS PARA BAIXO E PARA DENTRO, SEM ARESTAS, PARA MAIOR RESISTÊNCIA, Pés [Tipo]: Rodízio.			
40	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA.	5.000	UNIDADE	
		Especificação: Fotopolimerizador de Resinas especificações mínimas. Aparelho sem fio, Conectado em termoplástico injetado, resistente e de fácil higienização. Controle de operação com botões na própria caneta, acionamento do aparelho (tipo gatilho), ajuste do tempo de ativação, seleção do modo de aplicação. 3 modos programáveis de aplicação contínuo: máxima luminosidade do início ao fim da polimerização, rampa: aumento gradual da intensidade da luz, pulsado: acionamento pulsante com ciclos de 1x1 seg. Tempo de operação programável: 5, 10, 15 e 20 segundos. Sinal sonoro, bip a cada 5 segundos LED de alta potência eficiente acoplamento e distribuição óptica. Condutor de luz de fibra óptica 100% coerente, autoclavável a 134°C. Base de descanso com carregador de bateria com LED indicador de carga da bateria. Sistema Stand-By, desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Bateria inteligente recarregável, sistema inteligente de desligamento automático: a bateria desliga automaticamente em caso de subtensão. Alimentação: 10-240 Vac 50/60Hz. Modo de operação: contínuo com carga intermitente – 20 seg. de trabalho com descanso de 20 seg. Acessórios que acompanham o produto: peça de mão, condutor de luz, protetor ocular, base carregadora, fonte de alimentação. Garantia mínima 12 meses.			
41	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA.	2.000	UNIDADE	
		Especificação: Cadeira Assento e encosto com movimentos de subida e descida; Assento com altura mínima de 43 cm e máxima de 73 cm; Encosto com linhas arredondadas, com curvatura anatómica (largura de 60 cm) e apoio lombar. Sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento; Sistema pantográfico de elevação; Braços direito e esquerdo; Acendimento do refletor no pedal de comando (uma intensidade); Encosto de cabeça biarticulado; Exclusiva carenagem; Base da cadeira em chapa de aço maciça 3/8 (polegadas) de espessura; Encosto e base do assento em vergalhão e chapa de aço; Lâmina do encosto de cabeça pintada e guias de aço; Superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação; Superfícies aparentes com pintura lisa; Transformador de 12 V para alimentação do refletor; Relé de partida e fusível de proteção; Estofamento extra-macio, com			



ESTADO DO PARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		espuma de poliuretano no encosto e espuma laminada no assento, revestido em PVC - lavável e sem costura; Fusível de proteção de rede (entrada): 10A (110/127 V) 5A (220/240 V); Fusível de proteção do circuito: 5A. Equip. Acoplado, com braço curvo fixado na parte inferior da cadeira; Linhas arredondadas; Sistema de travamento manual; Seleção automática das pontas, controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP); Suporte de pontas; Alma estrutural em aço. Corpo e capas em ABS; Bandeja em aço inox; Terminal para micromotor sem spray; Terminal para alta rotação; Seringa triplice; Mangueiras lisas, leves e flexíveis. Unidade Auxiliar Acoplada à cadeira, com cuba de cuspideira em cerâmica e formas arredondadas (destacável da unidade do corpo). Porta-copos; Abertura lateral (facilita a aproximação da auxiliar) e removível (proporciona perfeita desinfecção); Ralo separador de detritos; Corpo da unidade com carenagem; envolvente (dispensa tubos, suportes ou acoplamentos aparentes); Um terminal para sucção (Sistema Venturi), com mangueira do sugador (desconecta-se sem necessidade de ferramentas); 1 VP(Sistema Vac Plus 4 x mais potente) Suporte de pontas; Separadores de detritos e tela de aço inox; Caixa de esgoto com respiro e abafador de ruídos; Chassi em aço pintado; Revestimento externo em poliestireno; Suporte da unidade em aço pintado Refletor Monofocal, acoplado ao braço vertical do fixo à cadeira; Cabeçote com puxador incorporado; Espelho multifacetado com tratamento multicating (produz luz fria distribuída de maneira uniforme); Temperatura de cor 5.500 graus Kelvin (aproximadamente); Campo de iluminação de 8 x 12 a 70 cm de distância com 20.000 Lux. Sistema de troca fácil de lâmpadas e espelho em policarbonato transparente; Braços com linhas arredondadas e pintura lisa; Lâmpada Halógena: 12 v x 55 w; Fusível de proteção: 6A. Comprimento máximo: 167 cm Largura máxima: 95 cm Altura máxima: 190 cm Peso líquido: 111 kg Voltagem: 110/127/220/240 V. garantia mínima de 12 meses.			
42	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV	2,000	UNIDADE	
		Especificação: bomba vácuo aspiradora e compressora; com Frasco Coletor, com Tampa de borracha, com válvula de segurança acoplada; com Jogo de Cânulas; Tubo em Silicone; Filtro Bactericida; Interruptor de pé. Potência/Vácuo: 0,5 HP/450 mmHg, garantia mínima de 12 meses.			
43	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO.	2,000	UNIDADE	
		Especificação: Características 220 v (1hp, 53dp) detalhes do produto isento de Óleo 2 hp atende a dois consultórios. Muito silencioso, apenas 53 db reservatório com tratamento antioxidante. 4 pistões capacidade 39 litros deslocamento teórico (fluxo de ar) 304 litros/min. Garantia mínima de 12 meses.			
44	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO.	2,000	UNIDADE	
		Especificação: Ultrassom Odontológico especificações mínimas: Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, montado em conjunto composto de corpo e tampa confeccionado em poliestireno de alto impacto e painel principal em policarbonato. Sistema eletropneumático sincronizado, com válvulas que proporcionam cortes e aspirações de água instantaneamente, evitando assim o contato da água com o bicarbonato na ponta da peça de mão. Capa do transdutor, ponta jato de bicarbonato e insertos autoclaváveis. Sistema de interrupção do jato de bicarbonato com um módulo de anti-aglutinação que evita o entupimento nas válvulas. Despressurização interna através de varredura automática do bicarbonato, das válvulas até a peça de mão. Filtro de ar com drenagem automática. Recipiente para bicarbonato de fácil limpeza, Registros de água e ar com ajustes de sensibilidade, Potenciômetro de ajuste fino para a regulação exata da potência ultrassônica, tendo em suas funções as regulação para P (peric), S (scaling) e E (endo). Tecla seletora para função de ultrassom - jato de bicarbonato. Transformador blindado para evitar penetração de bicarbonato. Garantia mínima 12 meses.			
45	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS).	3,000	UNIDADE	
		Especificação: Autoclave de mesa para ambulatório (mínimo de 60 litros e no máximo até 75 litros) micro-processada com leitura digital e identificação da temperatura selecionada para o ciclo. Programação para 121°C e 134°C com remoção de ar por sistema de purga e secagem com sistema de venturi, admissão de ar através de filtro hidrófobo com bomba de vácuo. Porta de dobradiças com travamento rosqueável e vedação com borracha de silicone. Possui sistema de segurança que garanta ao equipamento funcionamento somente com a porta totalmente fechada, possui válvula de segurança lacrada e previamente calibrada em 3 bar, com indicação da pressão interna da câmara			



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		por monovacuumetro. Construção interna em aço inoxidável 316L (acabamento polido sanitário) e gerador embutido de 4kw dentro da câmara. Externamente com pintura EPOXI. Tensão de alimentação 220 v/60hz. Garantia mínima de 12 meses.			
46	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO. <i>Especificação: Distância intercondilar, Ajustável, Guia condílica e ângulo de bennet; Ajustável. Garantia mínima de 6 meses.</i>	5,000	UNIDADE	
47	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	BALDE A PEDAL. <i>Especificação: Material de confecção/Capacidade: Polipropileno/De 30L.</i>	20,000	UNIDADE	
48	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	TELEVISOR 42" <i>Especificação: Tipo; Led, Tamanho da tela; De 42, Porta; USB; Full HD; Não, Entrada; HDMI, Conversor digital. Garantia mínima de 12 meses.</i>	5,000	UNIDADE	
49	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	ADIPÔMETRO <i>Especificação: TIPO ANALÓGICO</i>	5,000	UNIDADE	
50	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL <i>Especificação: CAPACIDADE DE 6 A 10 LITROS, SUPORTE COM RODÍZIOS, VÁLVULA DE SEGURANÇA, FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO</i>	5,000	UNIDADE	
51	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W) <i>Especificação: Controle de Potência linear e independente para corte e bipolar; Alarma de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento do cabo da placa neutra e sobre potência de saída; Saídas totalmente isoladas.</i>	10,000	UNIDADE	
52	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS <i>Especificação: adulto plataforma digital. Capacidade 300 kg, divisões de 50 g; Régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00 m; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Plataforma: 340 x 390 mm; Estrutura em chapa de aço carbono; Padrão na cor branca; Tapete em borracha antiderrapante; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.</i>	6,000	UNIDADE	
53	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	BISTURI ELÉTRICO (APARTIR DE 151 W) <i>Especificação: gerador com potência de 300w, microcontrolado por microprocessadores capaz de ler a impedância dos tecidos nos modos bipolar e corte, alterando a voltagem e a corrente, mantendo assim a consistência da potência nos diferentes tipos de tecidos, isso reduz a dispersão térmica nos tecidos adjacentes. deve possuir tecnologia que projeta o paciente contra queimaduras em locais alternativos, principalmente com o uso de eletrodos de ecy, os controles de energia podem ser ajustados através dos painéis com membranas a prova d'água com leitura digital de potência. acionamento de energia através da caneta monopolar e através dos pedais. ajustes independentes das funções e das saídas de energia monopolar. poderá ser utilizado em pequenas, medias e grandes cirurgias, cirurgias convencionais e videocirurgia. para os modos de corte, coagulação e bipolar em cirurgias laparoscópicas. as saídas de corte baixo e coagulação baixa utilizam voltagens mais baixas para reduzir os riscos da eletrocirurgia. principais características: memoriza a última potência em caso de interrupção cirúrgica, permite dois cirurgiões coagularem simultaneamente, módulos monopolares e bipolar independentes, permite o uso de pedal monopolar e bipolar, permite o uso de pinças monopolares, monitora o controle de impedância no eletrodo de retorno do paciente (placa), modos de operação, bipolar (baixo, médio e macro), monopolar (corte e coagulação), o equipamento deve dispor de suas saídas monopolares (canelas e videocirurgia), uma saída bipolar e uma entrada para uso de placas descartáveis. especificação técnica de gerador: corte puro (300w), blend 1 (200w), coagulação (120w), coagulação (120w- baixa potência) e bipolar (70w)- deve possuir regulador de alarme sonoro. deve ser compatível com sistema de gás argônico. acessórios que acompanham o equipamento: 01, carro de transporte, 01 pedal bipolar, 01 cabo para eletrodo de retorno paciente/placa e 01 adaptador universal para cirurgia laparoscopia. alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.</i>	1,000	UNIDADE	
54	Tipo I – até R\$	CARRO DE EMERGÊNCIA	2,000	UNIDADE	





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	80.000 p/ MPE				
		<i>Especificação: Com bandeja superior, base giratória, rodízios de 4" de diâmetro com freio nos rodízios frontais, para-choques de plástico, tábua para massagem cardíaca em polipropileno, primeira gaveta com 16 divisórias para medicamentos. Trava para as gavetas, espaço reserva abaixo das gavetas. Altura: 300 mm, Largura: 500 mm, Profundidade: 490 mm, puxadores laterais, suporte para soro, conjugado ao sistema de trava das gavetas, suporte para cilindro de oxigênio, suporte para pás de desfibrilador. Dimensões: altura: 830 mm desconsiderando rodízios, bandeja e suporte de soro, largura: 570 mm desconsiderando puxadores, profundidade: 520 mm desconsiderando trava frontal.</i>			
55	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	CADEIRA PARA OBESO	6,000	UNIDADE	
		<i>Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: ESTOFADO, ESTRUTURA: AÇO/FERRO PINTADO.</i>			
56	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	5,000	UNIDADE	
		<i>Especificação: Material de confecção, aço/ferro pintado, Braçadeira; altura regulável.</i>			
57	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	CARRO DE CURATIVOS	5,000	UNIDADE	
		<i>Especificação: Tipo/Modelo: Curativo, Estrutura: Tubular em Aço Inoxidável, Dimensões aproximadas A x L x C [cm]: 80 x 45 x 85 [variação de 2 cm para +/-], Tampo/Prateleira: Em Aço Inox, Pés: Com rodízios de no mínimo 3 polegadas e sistema de freios em diagonal, Complemento: Equipado com balde e bacia em aço inox e com gradil em toda volta nos dois tampos. Garantia mínima de 12 meses.</i>			
58	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	CRIOCAUTÉRIO	6,000	UNIDADE	
		<i>Especificação: De volumes de 350 ml ou 500 ml, - Fabricado em materiais isolantes robustos e aço inoxidável, - Leve, prático, preciso e ergonômico, 6 a 9 PONTEIRAS, TIPO DE GÁS: NITROGÊNIO.</i>			
59	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS	2,000	UNIDADE	
		<i>Especificação. Fabricada em plástico rígido autoclavável, inclui tampa com orifícios de fixação à base, o suporte das limas pode ser retirado da caixa, Capacidade total de 9 limas.</i>			
60	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	COLPOSCÓPIO	2,000	UNIDADE	
		<i>Especificação: Possui cabeça óptica estereoscópica com regulagem de altura e distância. Imagem de alta definição obtida através de prismas e lentes de cristal. Binóculo reto e angulado proporcionando maior nitidez da imagem. Focalização ajustável através da macro regulagem realizada com a movimentação da estativa e do micro regulagem de distância realizada por ajuste manual através da alavanca lateral com cremalheira. Macro regulagem de altura entre a mínima de 85 até a máxima de 130 cm e a micro regulagem de altura pela alavanca lateral com cremalheira. Objetiva de alta resolução com distância focal de 300 mm. Diâmetro do campo de visão: 22 mm e campo iluminado 40 mm. Oculares: Grande angular 12,5 x, uma fixa outra móvel e regulável através do ajuste de dioptrias, utilizada para que sejam coincidentes à linha de visão com precisão da DIP (distância interpupilar) regulável. Aumento fixo de 16 vezes proporcionado excelente definição da imagem. Filtro móvel luz verde. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v, 50/60 Hz. Iluminação através de LED. Permitindo a regulagem da intensidade de luz através do potenciômetro ou dimmer. Pintura epóxi a 250C permitindo alta resistência e evitando corrosão. Dimensões aproximadas: modelo R (L.P.A.) 50 x 50 x 130 cm. Peso líquido do equipamento na versão e modelo PE-2000 R é de 13,5 kg. Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: PE 7000 F R com estativa de chão 3 rodízios. Garantia 12 meses.</i>			
61	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	CENTRIFUGA LABORATORIAL	2,000	UNIDADE	
		<i>Especificação: centrifugação rápida para no mínimo 04 amostras, para rotinas de diagnóstico laboratorial; desempenho nas técnicas de PRP e PRF; Operação com baixo nível de ruído; Display digital LCD de tempo e velocidade de fácil interpretação, com exibição alternada entre RPM e RCF; Abertura automática da tampa ao final do processo; Tampa com trava de segurança que impede sua abertura enquanto o processo de rotação estiver em execução; Interface de operação simples; Frenagem suave a baixas velocidades com processo de separação eficaz; Tempo de aceleração e desaceleração de 20-80 segundos; Velocidade</i>			



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		<i>ajustável de 100-5000 rpm. As operações podem ser programadas de 15 segundos a 99 minutos, com sinal sonoro ao sinal da operação; Centrifugação rápida por meio da tecla separada.</i>				
62	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	DERMATOSCÓPIO. <i>Especificação : Sistema de bloqueio de baioneta para o engajamento e desengajamento fácil a partir da alça; 2,5 V de iluminação; led do campo de exame; Alta-Resolução sistema de lentes acromáticas com ampliação de 10x; Ocular com foco ajustável para uma escala larga de correção; Escolha de duas placas de contato com a pele amigavelmente e esterilizável; Com escala de 0 - 10mm para medição exata das lesões pigmentadas da pele; Sem escala; Proteção ocular macio; Ampliação: 10 vezes sem distorção; Tensão: 2,5V; Iluminação: Halógeno/Xenon; Controle de intensidade de Luz: Sim - Reostato; Cabo de força: Metal recartilhado, Garantia 12 meses.</i>	6,000	UNIDADE		
63	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	ESCADA COM 2 DEGRAUS <i>Especificação: 02 degraus, confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono. Estrutura em tubo quadrado de 20x20mm com parede de 1,20mm e 02 (dois) degraus confeccionados em chapa de aço com espessura de 1,20mm. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões aproximadas: Altura: 40 cm, Largura: 35 cm, Comprimento: 42 cm. Cor bege (casca de ovo).</i>	15,000	UNIDADE		
64	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO <i>Especificação: Manômetro de alta precisão e blindagem protetora contra desregulagem e/ou choques; Braçadeira confeccionada em tecido algodão antialérgico, resistente e flexível, com fecho em velcro; Pêra e Válvula proporcionam perfeito controle de enchimento e esvaziamento de ar comprimido no manguito, para uma leitura precisa e correta da pressão arterial; Manguito confeccionado em borracha sintética especial de alta resistência e durabilidade, garantindo a vedação e retenção perfeita do ar comprimido.</i>	10,000	UNIDADE		
65	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO. <i>Especificação: SERINGA TRÍPLICE, ATÉ 3 TERMINAIS</i>	2,000	UNIDADE		
66	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	FOCO CIRURGICO DE SOLO MÓVEL <i>Especificação: pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis, ajuste de intensidade luminosa, sistema de emergência/bateria, tipo led 81.000 a 130.000 lux.</i>	1,000	UNIDADE		
67	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	GONIÔMETRO <i>Especificação: EM AÇO INOXIDAVEL</i>	5,000	UNIDADE		
68	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONARIA)	2,000	UNIDADE		



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



		<p><i>Especificação: equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia. cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por radiação. possuir trava de segurança e/ ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso rebatível. possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com as cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente. suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios. leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de trendelenburg e próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança. possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis. não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção. painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir display de lcd ou leds que apresente as informações dos parâmetros monitorados. servocontrole de temperatura do ar atc (temperatura do ar controlada) e de pele itc (temperatura do m controlada), permitir monitoração da temperatura periférica do paciente e servocontrole contínuo de umidade relativa do ar. alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: alta temperatura ar/pele; alta de circulação do ar; falha na bateria, hipotermia e hipotermia, desconexão do sensor à pele do paciente, falta de sensor, falta de energia, desligamento automático em caso de alta temperatura; sistema de segurança; possuir tecla para silenciar alarmes momentaneamente; indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; sistema de circulação de ar dentro da cúpula. acompanhar o equipamento no mínimo: gabinete, suporte para posicionar os circuitos de ventiladores, suporte de soro e duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte pelo menos 10kg. alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante</i></p>			
69	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS.	22,000	UNIDADE	
		<p><i>Especificação: especificação mínima, que esteja em linha de produção pelo fabricante; tipo pistola manual com feixe de luz bidirecional, fonte de luz laser 650 nm; indicador sonoro de leitura; velocidade de leitura de 100 linhas por segundo, capacidade de ler etiquetas de códigos de barras com 16 cm ou mais de largura; capacidade de decodificação dos códigos: upc/ean com complementos, ucc/ean 128, código 39 fullascii, código 39 trioptic, código 128, código 128 fullascii, codabar, intercalado 2 de 5, discreto 2 de 5, código 93, msi, código 11 possuir interface usb, garantia mínima de 12 meses.</i></p>			
70	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	LANTERNA CLÍNICA.	10,000	UNIDADE	
		<i>Especificação: TIPO: LED</i>			
71	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO	2,000	UNIDADE	
		<i>Especificação: TIPO BINOCULAR, ACILAR 10X E 16X, 05 OBJETIVAS, CONDENSADOR KOEHLER, ILUMINAÇÃO LED.</i>			
72	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	MARTELO DE REFLEXO	2,000	UNIDADE	
		<i>Especificação: EM AÇO INOXIDÁVEL</i>			
73	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	MONITOR MULTIPARAMETROS	1,000	UNIDADE	
		<i>Especificação: TELA DE 10" a 12" EM LCD, ELETROCARDIOGRAMA (ECG), OXIMETRIA (SPO2), PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA.</i>			
74	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	TENS E FES	2,000	UNIDADE	
		<i>Especificação: MÍNIMO 04 CANAIS</i>			
75	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA	2,000	UNIDADE	
		<i>Especificação: FREQUENCIA 1 e 3 MHZ. TELA LCD, EMISSÃO CONTÍNUA, OPERAÇÃO: PULSADO.</i>			
76	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	APARELHO DE DVD.	5,000	UNIDADE	



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



		<i>Especificação: CONTROLE REMOTO, REPRODUÇÃO, DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/JPG/MP3.</i>			
77	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX);	5,000	UNIDADE	
		<i>Especificação : especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia laser ou led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 mb, resolução de digitalização 1200 x 1200 dpi; resolução de cópia 600x600; velocidade de impressão 30 ppm preto e branco; capacidade de bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.00 páginas; fax 33.6 kbps opcional; interfaces usb, rede ethernet 10/100 e wifi 802.11 b/g/n; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses</i>			
78	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	ROTEADOR(WAN)	10,000	UNIDADE	
		<i>Especificação : deve estar em linha de produção pelo fabricante; deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 (trezentos) mbps e suportar no mínimo os seguintes padrões: ieee 802.11 b/g/n, mínimo de 01 (quatro) portas lan 10/100 mbpsfast ethernet mdi/mdxi, mínimo 01(uma) porta wan que suporte de endereço ip estático, dhcpclient, pppoe, pptp e l2tp, mínimo (uma) porta padrão usb 2.0, deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia wpa e wep, possuir sistema de segurança de duplo firewall (spi e nat) mínimo de 02 (duas) antenas desmontáveis de 03 dbi tipo bipolar, potência mínima de saída de 17 dbm, suportardmz, deverá suportar filtro de endereços de mac e ip, deverá possuir engenharia de tráfego qos, garantia de 12 meses.</i>			
79	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	SWITCH	5,000	UNIDADE	
		<i>Especificação : Deve estar em linha de produção pelo fabricante; especificação: switch avançado com gerenciamento inteligente gigabit de 24 portas de gbesfp, portas: 24 portas10/100/1000 rj-45 com negociação automática; 4 portas sfp, 1000 mibps; suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas sfp 1000 base-x, ou uma combinação; memória e processador: mips a 500 mhz; 32 mb de flash; tamanho de buffer de pacotes: 4.1 mb, sdram de 128 mb; latência: latência de 100 mb; &lt; 5 us; latência de 1000 mb; &lt;- capacidade de produção: até 41,7 mpps;- capacidade de routing/switching: 56 gbps;- características de gestão: imc- centro de gerenciamento inteligente; interface de linha de comando limitada; navegador web; snmp manager; ieee 802.3 ethernet mib;- acompanha: 01 cabo de força 01 kit para montagem em rack 01 cabo do console- garantia de 12 meses.</i>			
80	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	MESA PARA COMPUTADOR.	5,000	UNIDADE	
		<i>Especificação: de 03 a 04 gavetas, madeira/mdp/mdf/similar, suporte para impressora, suporte para teclado, suporte para cpu.</i>			
81	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	MESA DE REUNIÃO	2,000	UNIDADE	
		<i>Especificação : Material de Confeção; Madeira/MDP/MDF/Similar, Tipo: Redonda de 1,20 m X 1,20 m.</i>			
82	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	IMPRESSORA LASER COMUM	10,000	UNIDADE	
		<i>Especificação : Descrição do Produto: Multifuncional, impressão, cópia e digitalização de 40 páginas por minuto, bandeja 250 folhas e alimentador automático de documentos para 70 folhas. Impressão, cópia e digitalização duplex automático (frente e verso); digitalizar para diversos locais e formatos de arquivos, incluindo PDF. Processador 800 MHz, memória de 512MB. Características - Display Touchscreen colorido - Interface-USB - Compartilhamento através da rede Ethernet Gigabit integrada - impressão 40 ppm - ADF para 70 folhas - Ciclo mensal máximo de impressão até 50.000 páginas - garantia contra Defeitos de Fabricação.</i>			
83	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO.	5,000	UNIDADE	
		<i>Especificação: Suporte para soro; Em tubos de aço carbono, Dobrável em Duplo X reforçado; Braços bilaterais escamoteáveis; Protetor de roupa; Freios ajustáveis; Pedais fixos com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; Apoio da panturrilha tipo faixa; Rodas traseiras de 24", pneu inflável com impulsão em aço carbono, cubo montado com rolamento blindado; Eixo removível; Placa de sustentação das rodas traseiras reforçada em alumínio; Rodas dianteiras de 8" montada com rolamento blindado, garfo de alumínio fixado em cubo dianteiro, Estofamento confeccionado em nylon impermeável com faixa de reforço, almofada sobre o assento de alta densidade; Acabamento em pintura eletrostática.</i>			
84	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	SUPORTE DE SORO.	5,000	UNIDADE	



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		Especificação : Em tubo de aço inox com 04 pés ( H ); Coluna fixada à base em tubo de aço inox redondo com haste em tubo de aço inox; Haste de altura em aço inox com 4 ganchos alternados *Opcional 4 ganchos no topo; Altura regulável por meio de rosca central Péis com rodízios giratórios de 2" de diâmetro. Dimensão aproximada: Mínimo: 1,80m - Máximo: 2,50m			
85	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	NEGATOSCOPIO	3,000	UNIDADE	
		Especificação : Negatoscópio. 220 volts. composição chapa de aço pintado e acrílico translúcido leitoso, medida 110x10x57cm, 06 lâmpadas de 15w por corpo, 04 corpos.			
86	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	MESA DE MAYO	2,000	UNIDADE	
		Especificação : Estrutura em tubo redondo de inox de 1"x 1,25 com anel de fixação Suporte para bandeja em aço inox. Bandeja em inox medida mínima: 0,48x0,32cm Péis com rodízios. Altura regulável or haste em aço inox. Dimensões aproximadas: 0,80m x 0,52m x 0,84m (CxLxA).			
87	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	ESTADIÔMETRO II	6,000	UNIDADE	
		Especificação : Resistente, Alta precisão, Campo de uso de 0,80 a 2,20 m, Resolução: em milímetros Tolerância: aproximadamente 2 mm em 2,20 m, Matéria-prima: perfilado em alumínio anodizado, pino deslizante.			
88	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	LONGARINA 4 LUGARES	12,000	UNIDADE	
		Especificação : Cadeira Longarina Plástica 4 lugares - injetados em material polipropileno reciclado de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, Estrutura longarina de tubo 30x50mm desmontável, soldadas pelo processo MIG-MAG; Acabamento com ponteiros 30x50mm de termoplástico injetado de alta resistência; Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180° C, Cores a definir (azul, branca, preta, bege, etc).			
89	Tipo I – até R\$ 80.000 p/ MPE	MESA GINECOLÓGICA	5,000	UNIDADE	
		Especificação : MESA, Tipo/Modelo. GINECOLÓGICA, Estrutura [material]: Gabinete em madeira MDF com 2 portas, 4 gavetas e 1 prateleira interna, toda revestida com laminado fórmico branco; Medidas aproximadas [m]: 0,60 x 1,90 x 0,80 [+/- 5cm], Leito [Material]: Espuma de poliuretano anti-mofa; Leito [Revestimento]: Em material impermeável [lavável] que não permite a entrada de líquidos ou sujidades no seu interior na cor preta ou azul marinho, Densidade: 33, Complemento: Cabeceira e Péis móveis reguláveis através de cremalheiras com ferragens reforçadas em aço inox; Perneiras articuláveis e removíveis com haste e fixadores em aço inox, acolchoadas e revestidas com o mesmo material do leito; Com gaveta em aço inox para coleta de líquidos.			
				Total :	

## 6- INFORMAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS

- 6.1. As informações, especificações técnicas e o controle de qualidade dos MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, PROCESSAMENTO DE DADOS E OUTROS, deverão ser fornecidos de acordo com os padrões de qualidade exigidos e autorizados pelos órgãos fiscalizadores.
- 6.2. Deverá ser apresentado catálogo/ficha técnica junto à proposta do produto ofertado.
- 6.3. Os itens acima citados deverão ser de primeira qualidade e atender a ABNT, e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame.
- 6.4. O produto deverá ser acondicionado conforme praxe do fabricante, garantindo sua integridade até o uso.
- 6.5. Rotulado de acordo com a legislação em vigor.
- 6.6. O produto ofertado deverá atender aos dispositivos da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

## 7 - DA ENTREGA:



7.1 - A entrega dos produtos/serviços deverá ocorrer no horário de 08 às 17 horas, de segunda a sexta feira, exceto feriados, em local previamente definido na ordem de compra/serviço emitida pela Prefeitura Municipal, instalados, conforme cronograma de entrega definido pela contratada, no prazo definido no subitem 7.4, deste termo, e será acompanhada por Fiscal designado especialmente para tal fim, o qual será responsável pelo atesto do ato;

7.2 - Após comprovado a entrega, pelo atesto do fiscal designado, receberá e atestará as respectivas Notas Fiscais, encaminhando-as em ato contínuo ao setor financeiro da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará – Pará, para pagamento.

7.3 - Caso os produtos/serviços, não satisfaçam às especificações exigidas, não serão aceitos, devendo ser retirados pela **CONTRATADA**, por sua conta e risco, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação encaminhada pelo **CONTRATANTE**.

7.4 - A entrega deverá ser em **até 20 (vinte) dias corridos**, a partir da emissão da nota de empenho e/ou documento equivalente, a cada nova solicitação/contratação do setor requisitante.

#### 8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- a) Fornecer o objeto nas especificações contidas no contrato administrativo;
- b) Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos e serviços vendidos;
- c) Manter, durante a execução do contrato administrativo, as mesmas condições de habilitação;
- d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto da proposta;
- e) Fornecer o objeto no preço, prazo e forma estipulados na proposta;
- f) Fornecer os produtos e serviços dentro dos padrões exigidos neste Edital;
- g) Manter durante a execução do Contrato assinado, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;
- h) A contratada deverá providenciar a emissão de laudo técnico de instalação e manutenções que ocorrerem, elaborado por Engenheiro especialista em Engenharia Biomédica, registrado no CREA PA, referente aos serviços prestados em equipamentos médico hospitalares nos termos da Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, Lei nº 12465/11-LDO 2012 e demais normas do Confea/Crea;
- i) A contratada deverá providenciar a emissão de laudo técnico de instalação e manutenções que ocorrerem, elaborado por Engenheiro em eletrônica, registrado no CREA PA, referente aos serviços prestados em equipamentos eletroeletrônicos nos termos da Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, Lei nº 12465/11-LDO 2012 e demais normas do Confea/Crea.

#### 9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- a) Atestar nas notas fiscais a efetiva entrega do objeto contratado;
- b) Aplicar à **Contratada** penalidade, quando for o caso;
- c) Prestar à **Contratada** toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato administrativo;
- d) Efetuar o pagamento à **Contratada** no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal e recibo no setor competente;
- e) Notificar, por escrito, à **Contratada** da aplicação de qualquer sanção.

#### 10 - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

10.1 - Os preços do item para fornecimento dos PRODUTOS/SERVIÇOS: (MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, PROCESSAMENTO DE DADOS E OUTROS)



serão os estipulados na adjudicação da Proposta da licitante vencedora, sendo que, o valor de cada compra será o valor da verba disponível.

**10.2** - O preço do item contratado será pago à adjudicatária nas condições estipuladas na minuta do contrato administrativo (**Anexo VIII**), em até 30 (trinta) dias corridos do mês seguinte ao do fornecimento dos produtos/serviços, após a entrega e aceitação do objeto deste Edital, se nenhuma irregularidade for constatada; acompanhados da Nota Fiscal/Fatura e Recibo, com as respectivas notas de entrega e relatório do fornecimento dos itens solicitados.

**10.3** - O Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará terá o direito de descontar de faturas e/ou quaisquer débitos do licitante vencedor, em consequência de penalidades aplicadas.

#### **10.4 - REAJUSTES DE PREÇOS:**

**10.4.1.** Os preços pertinentes ao contrato administrativo poderão ser reajustados na vigência do mesmo, desde que justificados de forma clara e convincente, dentro dos parâmetros legais, tomando como base de calculo os índices em vigor (IPC/IGPM), em conformidade com os estabelecidos nos inciso II "d" do Art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e demais legislações aplicáveis.

**10.4.2.** A licitante vencedora comunicará, por escrito, solicitando as alterações de preços e a data de início da vigência dos mesmos, a fim de que a administração pública municipal possa fazer uma análise do pedido juntamente com a assessoria jurídica.

**10.4.3.** Sempre que houver alteração nos preços dos produtos, seja motivada por elevação do preço para os fabricantes/fornecedores, por redução ou por simples promoção temporária, essa alteração será registrada por simples apostila no verso deste contrato.

#### **11 - PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO:**

**11.1** - A vigência da contratação será do ato da assinatura do contrato administrativo, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser repactuado e prorrogado, em conformidade com a legislação em vigor.

#### **12 - DO ADITAMENTO CONTRATUAL:**

**12.1.** A contratação poderá ser prorrogada mediante TERMO ADITIVO, quando devidamente justificado e com observância às condições estabelecidas nos incisos I e II do Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e demais legislações aplicável.

#### **13 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

**13.1** - A licitante vencedora que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará, e será descredenciado dos sistemas de cadastramento a que estiver inscrito, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais.

**13.2** - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:

**13.2.1** - **0,3%** (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato administrativo;

**13.2.2** - **20%** (vinte por cento) sobre o saldo do contrato administrativo, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual;



**13.2.3 - 20%** (vinte por cento) sobre o valor do contrato administrativo, no caso da Contratada, injustificadamente, desistir do contrato administrativo ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual.

**13.3** - O valor das multas aplicadas, de acordo com o estabelecido neste edital, após regular processo administrativo, será descontado do pagamento das faturas devidas pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga por meio de guia própria, a Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da sua aplicação.

**13.4** - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa

#### **14 - DO CANCELAMENTO DE FORNECIMENTO:**

**14.1** - Constitui motivos para o cancelamento do Pedido e/ou Nota de Empenho:

- a) O não cumprimento de cláusulas deste anexo, especificações ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas deste anexo, especificações ou prazos;
- c) A lentidão no cumprimento do acordado, levando a Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará a comprovar a impossibilidade do fornecimento dos Materiais, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado no fornecimento dos PRODUTOS/SERVIÇOS: (MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, PROCESSAMENTO DE DADOS E OUTROS);
- e) A paralisação da entrega e/ou instalação dos PRODUTOS/SERVIÇOS: (MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, PROCESSAMENTO DE DADOS E OUTROS), sem justa causa ou prévia comunicação a Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará;
- f) A subcontratação total ou parcial do objeto, associação com outrem, à sessão ou transferência total ou parcial das obrigações contraídas, bem como a fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução do acordado, sem prévio conhecimento e autorização da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará;
- g) O desatendimento das determinações regulares da Fiscalização, assim como a de seus superiores;
- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo representante da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará, designado para acompanhamento e fiscalização deste objeto;
- i) A decretação de falência;
- j) A dissolução da empresa contratada;
- k) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa do município, e exaradas no processo administrativo a que se refere este contrato administrativo;
- l) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a empresa contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- m) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará, decorrente de fornecimento efetuado, salvo no caso de calamidade pública,





grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a empresa contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste anexo.

o) Descumprimento do disposto no inciso V do Art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

#### 15 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

15.1 - Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus anexos poderão ser solicitados, através de expediente protocolado, dirigido a Comissão Permanente de Licitação, no prédio da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará, Estado do Pará.

#### 16 - PUBLICIDADE:

16.1 - Os extratos dos instrumentos (Edital e Contrato Administrativo) serão publicados no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO e no QUADRO DE AVISOS da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará, Estado do Pará.


#### 17 - DO FORO:

17.1 - Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Edital e do Contrato Administrativo, fica eleito pelos licitantes o Foro da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA, com a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição que tenham ou venham a ter.

Santa Luzia do Pará/PA, 01 de outubro de 2018.

  
Glaydson Carlos Pinheiro Silva  
Pregoeiro Oficial

Autoridade Competente:

  
EDNO ALVES DA SILVA  
Prefeito Municipal